ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЛИКЛАБ

Уплотнение Leaklab KF16 — FKM и центрирующее кольцо AISI 304



Каталожная фотография соответствующего типа изделия.

Уплотнение в сборе для разъёмного соединения KF16: эластомерное кольцо FKM и металлическая центрирующая деталь из нержавеющей стали AISI 304. Комплект устанавливают между двумя ответными фланцами и стягивают хомутом KF16.

Технические характеристики

Соединение	KF16
Материал эластомерного кольца	FKM (витон)
Материал центрирующей детали	Нержавеющая сталь AISI 304
Комплект	Центрирующая деталь и эластомерное кольцо
Наружный диаметр ответного фланца	30 мм

Применение и монтаж

Перед сборкой удалите частицы с торцов фланцев и осмотрите эластомер на порезы и остаточную деформацию. Уложите комплект без перекручивания, совместите фланцы и установите хомут. Не используйте затяжку для исправления перекоса трубопровода. После монтажа проверьте герметичность узла.

Подбор и совместимость

Размер 30 мм относится к наружному диаметру стандартного ответного фланца KF16, а не к диаметру эластомерного кольца. Уплотнение KF16 не заменяет кольца CF или ISO другого типоразмера. Для химически активных сред и прогрева учитывайте ограничения всего соединения, включая эластомер, корпус и крепёж.

Ликлаб: подбор компонентов, поставка, монтаж и проверка герметичности.

lab@techeiscatel.ru · +7 (812) 715-00-17 · https://techeiscatel.ru

Технический лист · 12 ноября 2026 года