Внутренняя калиброванная течь ASM 340 - 121528S



Наличие по перечню от 20.10.2026: Санкт-Петербург - 1 шт.

Внутренняя калиброванная течь 121528S служит встроенным источником контрольного гелиевого потока в ASM 340. Номинал и температурные данные принимают по маркировке и документам конкретной течи.

Запасные части · Калиброванные течи

Фотография изделия. Комплектация и присоединения указаны в характеристиках.

Технические сведения и идентификация

Парт-номер для ASM 340	121528S
Позиция в руководстве	E084
Тип	Внутренняя калиброванная гелиевая течь
Место установки	Встроенный калибровочный тракт течеискателя
Номинал потока	По паспорту и этикетке конкретного экземпляра
Номер 109241	Другая каталожная позиция; не заявляется прямой заменой 121528S
Поставка	Лаборатория контроля герметичности Ликлаб, Россия

Зачем нужна встроенная течь

Источник известного газового потока позволяет проверить отклик измерительного тракта и выполнить предусмотренную прибором калибровку. Встроенная течь участвует в настройке чувствительности; её не следует путать с образцовой деталью, через которую проверяют герметичность реального изделия.

Почему важен точный артикул

В руководстве ASM 340 указан 121528S. Номер 109241 встречается в документации ASM 310 и каталогах для других исполнений ASM. Совпадение общего названия «внутренняя течь» недостаточно: различаться могут монтаж, датчик температуры и соединение с калибровочным трактом.

Документы конкретного экземпляра

Для настройки нужны значение потока, единицы измерения, опорная температура, дата калибровки и данные температурной зависимости, если они предусмотрены паспортом. Универсальный номинал для всех течей этого артикула в карточке не назначается.

Замена и приёмка

Датчик температуры сохраняют вместе с калиброванной течью: при замене отсоединяют его электрическое подключение, но не отделяют сам датчик от течи. После установки подключение восстанавливают. Работу выполняет подготовленный специалист по сервисному руководству ASM 340.

После каждой замены или повторной калибровки в меню Spectro обновляют параметры течи по её этикетке либо свидетельству калибровки. Руководство рекомендует повторную калибровку резервуарных течей с интервалом не более двух лет. При приёмке проверяют соответствие артикула 121528S, наличие маркировки и документов, а затем выполняют предусмотренную руководством процедуру калибровки прибора.

Поставка в России и заявка на подбор

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб принимает заявки на поставку 121528S. Для согласования отправьте модель и серийный номер оборудования, фото шильдика и снятого узла, известный парт-номер, требуемое количество и город доставки. Происхождение, комплектность и документы конкретной партии фиксируются в предложении.

Цена и срок отгрузки согласуются при резервировании. Указанный остаток относится к дате подготовки карточки и может изменяться. Перед сервисными работами оборудование штатно останавливают; разборку выполняет подготовленный специалист по руководству производителя.

Запросить 121528S · +7 (812) 715-00-17

Pfeiffer: ASM 340, внутренняя течь E084

Pfeiffer: каталог внутренних калиброванных течей

AJVS: фотография позиции 121528S

Складское исполнение и комплектность

С поверкой по подтверждению владельца. Заводской номер, индивидуальный поток и срок действия поверки предоставляем по документам выбранного экземпляра.

Поставка и техническая поддержка

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб помогает подобрать исполнение, проверить присоединения и комплектность. Для заявки укажите наименование, количество и параметры установки. Отгрузка со склада в Санкт-Петербурге согласуется после проверки свободного остатка.

Параметры давления, температуры, электрической нагрузки и ресурса, отсутствующие в таблице, определяются паспортом конкретного исполнения.

Карточка изделия и документы

https://techeiscatel.ru/oborudovanie/tekhnicheskij-katalog/kartochki/2011-spare-calibrated-leak-asm340-121528s

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб. Поставка, подбор совместимых компонентов и техническая поддержка.
lab@techeiscatel.ru